Pesquisa de Preço n° 036/2022
Termo de Compromisso PRONON 2018 – LLA– SIPAR: 25000.043593/2018-67

Curitiba, 7 de abril de 2022.

PARECER TÉCNICO DA PESQUISA DE PREÇO Nº 036/2022

Solicitante: Comissão Permanente de Licitação – CPL

Finalidade: Solicitação de análise técnica e parecer técnico da proposta comercial apresentada pela empresa de menor valor, referente a aquisição de **RACK DE PONTEIRA COM FILTRO**, objetivando atender as necessidades do Termo de Compromisso Pronon 2018 – LLA – SIPAR 25000.043593/2018-67 (anexos proposta comercial e documentos complementares, descritivo técnico).

OBJETO: RACK DE PONTEIRA COM FILTRO – Tamanho 100-1000UL, conforme especificações técnicas do item 01, do Anexo I do Edital de Pesquisa de Preço n° 036/2022.

O presente parecer técnico, trata da análise técnica do objeto apresentado na proposta comercial da empresa DSYSLAB PROD. E EQUIP. PARA LABORATÓRIOS EIRELI.

A assessoria técnica da Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro, no que se refere às especificações técnicas do item supracitado, considera:

☒ **Sim,** foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade do material ofertado com as especificações solicitadas**.** Considero que a Proposta atende as especificações exigidas pelo Edital, devendo, portanto, ser aceita. O processo de compra pode ser formalizado.

☐ **Não,** a proposta fornecida pela empresa não está de acordo com as especificações solicitadas no Edital. Considero, portanto, a proposta incompatível com os requisitos mínimos exigidos, devendo a empresa ser DESCLASSIFICADA, pois fora identificada(s) a(s) seguinte(s) inconformidade(s) do material ofertado com as especificações solicitadas:

Observações:

DECLARO, para os devidos fins que a documentação técnica foi analisada e o produto ESTÁ de acordo com os padrões de utilização da entidade.

Data: 07/04/2022

Responsável pelo parecer: _____

ROBERTO ROSATI

Pesquisa de Preço n° 036/2022
Termo de Compromisso PRONON 2018 – LLA– SIPAR: 25000.043593/2018-67

Curitiba, 12 de abril de 2022.

PARECER TÉCNICO DA PESQUISA DE PREÇO Nº 036/2022

Solicitante: Comissão Permanente de Licitação – CPL

Finalidade: Solicitação de análise técnica e parecer técnico da proposta comercial apresentada pela empresa de menor valor, referente a aquisição de **RACK DE PONTEIRA COM FILTRO**, objetivando atender as necessidades do Termo de Compromisso Pronon 2018 – LLA – SIPAR 25000.043593/2018-67 (anexos proposta comercial e documentos complementares, descritivo técnico).

OBJETO: RACK DE PONTEIRA COM FILTRO – Tamanho 0,5-10UL (LONGAS), conforme especificações técnicas do item 01, do Anexo I do Edital de Pesquisa de Preço n° 036/2022.

O presente parecer técnico, trata da análise técnica do objeto apresentado na proposta comercial da empresa NOVA ANALÍTICA IMP. E EXP. LTDA.

A assessoria técnica da Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro, no que se refere às especificações técnicas do item supracitado, considera:

☒ **Sim,** foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade do material ofertado com as especificações solicitadas**.** Considero que a Proposta atende as especificações exigidas pelo Edital, devendo, portanto, ser aceita. O processo de compra pode ser formalizado.

☐ **Não,** a proposta fornecida pela empresa não está de acordo com as especificações solicitadas no Edital. Considero, portanto, a proposta incompatível com os requisitos mínimos exigidos, devendo a empresa ser DESCLASSIFICADA, pois fora identificada(s) a(s) seguinte(s) inconformidade(s) do material ofertado com as especificações solicitadas:

Observações:

DECLARO, para os devidos fins que a documentação técnica foi analisada e o produto está de acordo com os padrões de utilização da entidade.

Data: 12 /04 /2021

Responsável pelo parecer: _____

ROBERTO ROSATI

Pesquisa de Preço n° 036/2022
Termo de Compromisso PRONON 2018 – LLA– SIPAR: 25000.043593/2018-67

Curitiba, 6 de abril de 2022.

PARECER TÉCNICO DA PESQUISA DE PREÇO Nº 036/2022

Solicitante: Comissão Permanente de Licitação – CPL

Finalidade: Solicitação de análise técnica e parecer técnico da proposta comercial apresentada pela empresa de menor valor, referente a aquisição de **RACK DE PONTEIRA COM FILTRO**, objetivando atender as necessidades do Termo de Compromisso Pronon 2018 – LLA – SIPAR 25000.043593/2018-67 (anexos proposta comercial e documentos complementares, descritivo técnico).

OBJETO: RACK DE PONTEIRA COM FILTRO – Tamanhos 0,5-10ul (curtas); 0,5-10ul (longas); 20-200ul e 100-1000ul, conforme especificações técnicas do item 01, do Anexo I do Edital de Pesquisa de Preço n° 036/2022.

O presente parecer técnico, trata da análise técnica do objeto apresentado na proposta comercial da empresa JOBLAB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.

A assessoria técnica da Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro, no que se refere às especificações técnicas do item supracitado, considera:

☐ **Sim,** foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade do material ofertado com as especificações solicitadas**.** Considero que a Proposta atende as especificações exigidas pelo Edital, devendo, portanto, ser aceita. O processo de compra pode ser formalizado.

☒ **Não,** a proposta fornecida pela empresa não está de acordo com as especificações solicitadas no Edital. Considero, portanto, a proposta incompatível com os requisitos mínimos exigidos, devendo a empresa ser DESCLASSIFICADA, pois fora identificada(s) a(s) seguinte(s) inconformidade(s) do material ofertado com as especificações solicitadas:

Observações:
Infelizmente as ponteiras da marca OLEN não encaixam de forma adequada.

DECLARO, para os devidos fins que a documentação técnica foi analisada e o produto não está de acordo com os padrões de utilização da entidade.

Data: 05 / 04 / 2022

Responsável pelo parecer: _____

ROBERTO ROSATI

Pesquisa de Preço n° 036/2022
Termo de Compromisso PRONON 2018 – LLA– SIPAR: 25000.043593/2018-67

Curitiba, 5 de abril de 2022.

PARECER TÉCNICO DA PESQUISA DE PREÇO Nº 036/2022

Solicitante: Comissão Permanente de Licitação – CPL

Finalidade: Solicitação de análise técnica e parecer técnico da proposta comercial apresentada pela empresa de menor valor, referente a aquisição de **PLÁSTICOS**, objetivando atender as necessidades do Termo de Compromisso Pronon 2018 – LLA – SIPAR 25000.043593/2018-67 (anexos proposta comercial e documentos complementares, descritivo técnico).

OBJETO: RACK DE PONTEIRA COM FILTRO – Tamanho 0,5-10ul (curtas) – ITEM I;
RACK DE PONTEIRA COM FILTRO – Tamanho 20-200ul – ITEM III, conforme especificações técnicas do item 01, do Anexo I do Edital de Pesquisa de Preço n° 036/2022.

O presente parecer técnico, trata da análise técnica do objeto apresentado na proposta comercial da empresa BRAZID IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS DE PRODUTOS – FORLAB EXPRESS.

A assessoria técnica da Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro, no que se refere às especificações técnicas do item supracitado, considera:

X **Sim,** foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade do material ofertado com as especificações solicitadas**.** Considero que a Proposta atende as especificações exigidas pelo Edital, devendo, portanto, ser aceita. O processo de compra pode ser formalizado.

• **Não,** a proposta fornecida pela empresa não está de acordo com as especificações solicitadas no Edital. Considero, portanto, a proposta incompatível com os requisitos mínimos exigidos, devendo a empresa ser DESCLASSIFICADA, pois fora identificada(s) a(s) seguinte(s) inconformidade(s) do material ofertado com as especificações solicitadas:

Observações:

DECLARO, para os devidos fins que a documentação técnica foi analisada e o produto está de acordo com os padrões de utilização da entidade.

Data: 06/05/2022

Responsável pelo parecer: _____

ROBERTO ROSATI

Pesquisa de Preço n° 036/2022
Termo de Compromisso PRONON 2018 – LLA– SIPAR: 25000.043593/2018-67

Pesquisa de Preço n° 036/2022
Termo de Compromisso PRONON 2018 – LLA– SIPAR: 25000.043593/2018-67

Curitiba, 5 de abril de 2022.

PARECER TÉCNICO DA PESQUISA DE PREÇO Nº 036/2022

Solicitante: Comissão Permanente de Licitação – CPL

Finalidade: Solicitação de análise técnica e parecer técnico da proposta comercial apresentada pela empresa de menor valor, referente a aquisição de **PLÁSTICOS**, objetivando atender as necessidades do Termo de Compromisso Pronon 2018 – LLA – SIPAR 25000.043593/2018-67 (anexos proposta comercial e documentos complementares, descritivo técnico).

OBJETO: RACK DE PONTEIRA COM FILTRO – Tamanho 0,5-10ul (longas) – ITEM II;
RACK DE PONTEIRA COM FILTRO – Tamanho 100-1000ul – ITEM IV, conforme especificações técnicas do item 01, do Anexo I do Edital de Pesquisa de Preço n° 036/2022.

O presente parecer técnico, trata da análise técnica do objeto apresentado na proposta comercial da empresa CIENCOR SCIENTIFIC LTDA..

A assessoria técnica da Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro, no que se refere às especificações técnicas do item supracitado, considera:

• **Sim,** foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade do material ofertado com as especificações solicitadas**.** Considero que a Proposta atende as especificações exigidas pelo Edital, devendo, portanto, ser aceita. O processo de compra pode ser formalizado.

X **Não,** a proposta fornecida pela empresa não está de acordo com as especificações solicitadas no Edital. Considero, portanto, a proposta incompatível com os requisitos mínimos exigidos, devendo a empresa ser DESCLASSIFICADA, pois fora identificada(s) a(s) seguinte(s) inconformidade(s) do material ofertado com as especificações solicitadas:

Observações:
As ponteiras ABDOS foram testadas no nosso laboratório e infelizmente o encaixe não é perfeito.

DECLARO, para os devidos fins que a documentação técnica foi analisada e o produto NÃO ESTÁ de acordo com os padrões de utilização da entidade.

Data: 06 / 04 / 2022

Responsável pelo parecer: _____

ROBERTO ROSATI

Pesquisa de Preço n° 036/2022
Termo de Compromisso PRONON 2018 – LLA– SIPAR: 25000.043593/2018-67

Curitiba, 7 de abril de 2022.

PARECER TÉCNICO DA PESQUISA DE PREÇO Nº 036/2022

Solicitante: Comissão Permanente de Licitação – CPL

Finalidade: Solicitação de análise técnica e parecer técnico da proposta comercial apresentada pela empresa de menor valor, referente a aquisição de **RACK DE PONTEIRA COM FILTRO**, objetivando atender as necessidades do Termo de Compromisso Pronon 2018 – LLA – SIPAR 25000.043593/2018-67 (anexos proposta comercial e documentos complementares, descritivo técnico).

OBJETO: RACK DE PONTEIRA COM FILTRO – Tamanhos 0,5-10ul (longas), conforme especificações técnicas do item 01, do Anexo I do Edital de Pesquisa de Preço n° 036/2022.

O presente parecer técnico, trata da análise técnica do objeto apresentado na proposta comercial da empresa BRAZDI IMP. EXP. COM. E SERVIÇOS DE PRODUTO.

A assessoria técnica da Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro, no que se refere às especificações técnicas do item supracitado, considera:

☐ **Sim,** foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade do material ofertado com as especificações solicitadas**.** Considero que a Proposta atende as especificações exigidas pelo Edital, devendo, portanto, ser aceita. O processo de compra pode ser formalizado.

☒ **Não,** a proposta fornecida pela empresa não está de acordo com as especificações solicitadas no Edital. Considero, portanto, a proposta incompatível com os requisitos mínimos exigidos, devendo a empresa ser DESCLASSIFICADA, pois fora identificada(s) a(s) seguinte(s) inconformidade(s) do material ofertado com as especificações solicitadas:

Observações:

A empresa orçou ponteira SEM filtro.

DECLARO, para os devidos fins que a documentação técnica foi analisada e o produto NÃO ESTÁ de acordo com os padrões de utilização da entidade.

Data: 07/04/2022

Responsável pelo parecer: _____

ROBERTO ROSATI