

**PROCESSO DE PESQUISA DE PREÇOS Nº 119/2022  
TERMO DE FOMENTO COMTIBA Nº 6166/2022**

**ATA DE PROCESSO FRACASSADO**

**PROCESSO DE PESQUISA DE PREÇOS Nº 119/2022  
TERMO DE FOMENTO COMTIBA Nº 6166/2022**

**TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM**

**OBJETO: CRANIOTOMO**

**A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA DR. RAUL CARNEIRO – HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE**, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 76.591.569/0001-30, localizada na Avenida Iguazu, 1472, bairro Água Verde, CEP nº 80.240-031, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, através do Setor de Licitações, em conformidade com as disposições contidas em lei e regulamentos, resolve instaurar o presente processo de PESQUISA DE PREÇOS Nº 119/2022.

**1 – DA JUSTIFICATIVA PARA PESQUISA DE PREÇOS E DO PAGAMENTO**

1.1. Trata-se de **CRANIOTOMO**, cujo pagamento das despesas será realizado com recursos financeiros oriundos do TERMO DE FOMENTO COMTIBA Nº 6166/2022, estabelecido por intermédio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, cuja realização da execução do objeto deverá seguir os preceitos da Resolução nº 028/2011-TC, art. 18 §1º e §2º, a qual traz a seguinte redação:

“O atendimento ao princípio da economicidade deverá ser comprovado mediante prévia pesquisa de preços junto a, no mínimo, 3 (três) fornecedores do ramo do bem ou do serviço a ser adquirido [...]”. “Os orçamentos deverão estar datados e discriminados de maneira que permitam comprovar que foi assegurada a isonomia aos interessados para fornecer o bem ou o serviço cotado”.

1.2. Neste sentido e visando dar continuidade ao processo de contratação descrito no item 2.1 deste edital, optou-se pela realização de Pesquisa de Preços em consonância com a legislação vigente.

**2 – DO OBJETO**

**PROCESSO DE PESQUISA DE PREÇOS Nº 119/2022**  
**TERMO DE FOMENTO COMTIBA Nº 6166/2022**

2.1. A presente Pesquisa de Preços tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE CRANIOTOMO** conforme condições, quantidades e especificações técnicas detalhadas abaixo:

**ITEM I - CRANIOTOMO**

**QUANTIDADE: 01 (UM) UNIDADE**  
**VALOR UNITÁRIO: R\$ R\$ 242.000,00**  
**VALOR TOTAL: R\$ R\$ 242.000,00**

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

Conjunto de trepanação composto por Drill, Trepano e Fresa, para procedimentos de neurológicos de crânio e coluna, com as seguintes características:

- Unidade central de comando eletrônico com display digital, com irrigação 0-65 ml/min, com entrada para dois motores simultâneos, 100-240V, 50-60Hz, velocidade variável 0-80.000 rpm, dimensões aproximadas 380x330x201mm, peso aproximado 9,5Kg.
- Pedal de comando de velocidade, a prova d'água, desmontável para limpeza, cabo com no mínimo 5 m.
- Dois cabos de conexão motor / unidade central, engate rápido e trava de segurança, no mínimo 3m, passível de limpeza mecânica ou manual e esterilizável em autoclave à vapor.
- Motor para conexão de peças, velocidade máxima até 20.000rpm, potência máxima aproximada de 180W e torque máximo aproximado de 10Ncm, engate rápido (cabo/motor/ e motor/peças de mão), dimensões 23X123mm, peso 150g, passível de limpeza mecânica ou manual e esterilizável em autoclave à vapor.
- Peça de mão (Trepano) com conexão de broca tipo Hudson, faixa de velocidade de 100rpm a até 1.200rpm, potência máxima aproximada de 180W, engate rápido (cabo/motor e motor/fresa), alto torque para trepanação de aproximadamente 2,5 Ncm, com rotação a direita e à esquerda, dimensões aproximadas 35x166mm, peso aproximado 410g, passível de limpeza mecânica ou manual e esterilizável em autoclave à vapor.
- Duas peças de mão (Craniótomo), tipo caneta, com motor integrado, velocidade máxima até 80.000rpm, potência máxima aproximada de 140W e torque máximo aproximado de 2,2Ncm, com rotação a direita ou à esquerda, engate rápido (cabo/motor e motor/fresa), dimensões aproximadas 17x156mm, peso aproximado 121g, passível de limpeza mecânica ou manual e esterilizável em autoclave a vapor, com Protetor de dura-máter, fixo, tamanho médio, autolavável, engate rápido (motor).
- Peça de mão (drill) angulada, tipo caneta, com motor integrado, velocidade máxima até 80.000rpm, potência máxima aproximada de 140W torque máximo aproximado de 2,2Ncm, com rotação a direita ou à esquerda, com área útil de aproximadamente 40mm, troca de fresas sem uso de chave, para cirurgias delicadas, engate rápido (cabo/motor e motor/fresa), dimensões aproximadas 16x177mm, peso aproximado 83g, passível de limpeza mecânica ou manual e esterilizável em autoclave à vapor;
- Duas peças de mão (drill) angulada, tipo caneta, para acoplamento com motor integrado, velocidade máxima até 80.000rpm, potência máxima aproximada de 140W torque máximo aproximado de 2,2Ncm, com rotação a direita ou à esquerda, com área útil de aproximadamente 100mm, troca de fresas sem uso de chave, para cirurgias delicadas, engate rápido (cabo/motor e motor/fresa), dimensões aproximadas 16x177mm, peso aproximado 83g, passível de limpeza mecânica ou manual e esterilizável em autoclave à vapor;

**ACESSÓRIOS/COMPONENTES:**

PESQUISA DE PREÇOS Nº 119/2022 – AQUISIÇÃO DE CRANIOTOMO – TERMO DE FOMENTO COMTIBA Nº 6166/2022  
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA DR. RAUL CARNEIRO – HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE.

**PROCESSO DE PESQUISA DE PREÇOS Nº 119/2022  
TERMO DE FOMENTO COMTIBA Nº 6166/2022**

10 (dez) brocas em espiral 2 mm.  
01 (uma) fresa para perfuração cranial, (6/9mm), auto stop, desmontável para limpeza mecânica ou manual, autolavável, engate rápido Hudson.  
02 (duas) fresas para perfuração cranial, (9/12mm), auto stop, desmontável para limpeza mecânica ou manual, autolavável, engate rápido Hudson.  
03 (três) fresas cilíndricas para drill, tipo rosen de 04cm com diâmetros (2,3 / 3,0 mm).  
03 (três) fresas diamantadas para drill, tipo rosen de 04cm com diâmetros (1,4 / 2,3 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 mm).  
03 (três) fresas cilíndricas para drill, tipo rosen de 13cm com diâmetros (2,3 / 3,0 mm).  
03 (três) fresas diamantadas para drill, tipo rosen de 13cm com diâmetros (1,4 / 2,3 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 mm).  
10 (dez) frascos de óleo lubrificante para lubrificação dos motores e partes aplicáveis e compatível ao equipamento ofertado.  
03 (três) conectores compatíveis com o frasco de óleo e com o equipamento ofertado.

**A PROPOSTA DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADA DE FOLDER**

### 3 – DAS EMPRESAS CONVIDADAS

3.1. Foram regularmente convidadas para esta Pesquisa de Preços as empresas abaixo relacionadas:

- 1) BBRAUM – [cecilia.gluck@bbraun.com](mailto:cecilia.gluck@bbraun.com)
- 2) DABASONS – [elen@dabasons.com.br](mailto:elen@dabasons.com.br)
- 3) DENTSCLER - [vendas01@dentscler.com.br](mailto:vendas01@dentscler.com.br)
- 4) ENDOCIRUGICA – [orcamentos@endocirugica.com.br](mailto:orcamentos@endocirugica.com.br)
- 5) GRUPOKSS – [licitacao@grupokss.com.br](mailto:licitacao@grupokss.com.br)
- 6) HOSPIMETAL – [vendas3@hospimetal.com.br](mailto:vendas3@hospimetal.com.br)
- 7) MEDICAL ADVANCE – [dyogo@medicalproadvance.com.br](mailto:dyogo@medicalproadvance.com.br)
- 8) MEDICAL SYSTEMS – [contato@msmedicalsystems.com.br](mailto:contato@msmedicalsystems.com.br)
- 9) MEDICALWAY – [licitacao@medicalway.com.br](mailto:licitacao@medicalway.com.br)
- 10) MEDSAUDE – [convenio1@medisaude.ind.br](mailto:convenio1@medisaude.ind.br)
- 11) MEDTRONIC – [rs.brvcotacoesprivadas@medtronic.com](mailto:rs.brvcotacoesprivadas@medtronic.com)
- 12) METAHOSPITALAR – [gilson@metahospitalar.com.br](mailto:gilson@metahospitalar.com.br)
- 13) STRYKER – [licitacao01.stryker@cddconsulting.com.br](mailto:licitacao01.stryker@cddconsulting.com.br)
- 14) TECHMINAS – [comercial1@techminas.com](mailto:comercial1@techminas.com)



