

**Zimbra****luana.leal@hpp.org.br****SISTEMA DE HIPO/HIPERTERMIA (Colchão/Térmico) - Solicitação de Revisão de Descritivo Técnico - CP 007/2023. 008/2023. 009/2023.**

**De :** Luana Leal <luana.leal@hpp.org.br>

**Assunto :** SISTEMA DE HIPO/HIPERTERMIA (Colchão/Térmico) - Solicitação de Revisão de Descritivo Técnico - CP 007/2023. 008/2023. 009/2023.

**Para :** Enedir Adriano Holocheski <enedir.holocheski@hpp.org.br>, Teresinha Alessandra Peruci <teresinha.peruci@hpp.org.br>

**Cc :** Rodrigo Bonfim <rodrigo.bonfim@hpp.org.br>, Viviane Vanzo <viviane.vanzo@hpp.org.br>, Nivia Aparecida Hanthorne Silva Nita <niva.hanthorne@hpp.org.br>

Prezados, bom dia!

Considerando que é a 04ª tentativa de aquisição de sistema de Hipo/Hipertermia dos Convênios abaixo que restou infrutífera, bem como o par técnico após recurso dos processos mais recentes (em anexo), solicitamos gentilmente que avaliem a possibilidade de revisão do Descritivo T para uma nova tentativa de aquisição via SICONV.

<b>EMENDAS</b>
935619/2022
<b>EMENDAS</b>
935621/2022
<b>EMENDAS</b>
935622/2022

Abaixo o e-mail do fornecedor solicitando a atualização do descritivo e ofertando demonstração de equipamento atual (caso queiram avaliar). Considerando ser o mesmo item para três processos distintos, encaminhamos apenas os anexos da Cotação Prévia nº 007/2023.

Devido aos prazos de execução do SICONV e a vigência dos convênios, **aguardamos as vossas considerações e um novo card no Pipefy abertura de novos processos o mais breve possível.**

Obrigada!

**Luana Leal**

Analista de Licitações  
+55.41.3310.1470  
luana.leal@hpp.org.br

**Hospital Pequeno Príncipe** [www.hpp.org.br](http://www.hpp.org.br) **Complexo Pequeno Príncipe** [www.pequenoprincipe.org.br](http://www.pequenoprincipe.org.br)



**De:** "Valmil Hospitalar Eireli" <leo@valmil.com.br>

**Para:** "Luana Leal" <luana.leal@hpp.org.br>

**Enviadas:** Terça-feira, 12 de março de 2024 9:04:16

**Assunto:** Re: CP 009/2023 - CONVÉNIO 935622/2022 - SISTEMA DE HIPO/HIPERTERMIA (Colchão/Térmico) - ATA DA SESSÃO DE ANÁLISI PROPOSTA DE PREÇOS E JULGAMENTO

Olá Sra. Luana, bom dia. Tudo bem?

Acuso o recebimento dos e (três) e-mails.

Peço mais uma vez, encarecidamente, que a senhora junto com o departamento técnico revejam essa especificação exigida para o equipamento. Como já disse nas duas vezes passadas, essa especificação presente nos editais não condizem com a realidade. Digo isso pelo simples fato do equipamento exigido não existir mais.

Essa especificação se baseia em um equipamento que não possui mais o seu registro na ANVISA, e que também não é mais fabricado.

Se possível realizarem uma mudança na especificação, seria importante para o hospital, pois acredito que necessitam muito de um aparelho.

Se necessário e vocês quiserem, podemos fazer a demonstração de dois modelos da linha de Hipo-Hipertermia da marca PANMÉDICA, temos a que vocês vão gostar muito da tecnologia.

Agradeço a atenção dispensada e nos colocamos à disposição.

---

Att.

**Leopoldo Fernandes**  
**Departamento de Licitações**  
(43) 3158-0070 | [leo@valmil.com.br](mailto:leo@valmil.com.br)



Em 11/03/2024 17:16, Luana Leal escreveu:

Prezado Fornecedor, boa tarde!

A Associação Hospitalar de Proteção a Infância Dr. Raul Carneiro - Hospital Pequeno Príncipe, objetivando a **AQUISIÇÃO DE SISTE HIPO/HIPERTERMIA (Colchão/Térmico)**, no âmbito do Termo de Convênio nº 935622/2022 - MS, encaminha em anexo **A JULGAMENTO** referente ao Processo de **COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 009/2023**.

Transcorridos os prazos legais, o processo será encaminhado para homologação.

⇒ **Favor acusar recebimento do presente e-mail**

Atenciosamente.



**Luana Leal**

Analista de Licitações  
+55.41.3310.1470  
luana.leal@hpp.org.br

**Hospital Pequeno Príncipe** [www.hpp.org.br](http://www.hpp.org.br) **Complexo Pequeno Príncipe**



Esta mensagem pode conter informações pessoais ou sigilosas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber este e-mail, não deverá utilizar, copiar,

This message may contain personal or confidential information. If you are not the recipient or the person authorized to receive this e-mail, you should not use, copy, all

---

**8.1. CP nº 007 - 2023 - Memorando 365.2023 - Parecer Técnico.pdf**

615 KB

**11. CP nº 007 - 2023 - Ata de Julgamento - Pós Recurso.pdf**

311 KB

**1. Descritivo Técnico.pdf**

2 MB

**3. Parecer Técnico - Desclassificação Equipamento 007.pdf**

201 KB

---